

Feedback-System | Corpuls 3

Indikationen

- Atem-Kreislauf-Stillstand

Therapieziel

- Qualitativ hochwertige Thoraxkompressionen

Kontraindikationen

- keine

Benötigtes Material

- Corpuls 3
- Corpuls 3 Feedback-System

Durchführung

corpuls³

Nr.	Maßnahme/Handlung
1	Start Herzdruckmassage
2	Defibrillations-Elektroden aufkleben
3	Analyse starten und durchführen

Nr.	Maßnahme/Handlung
4	Aufkleber positionieren 
5	Sensor auflegen 
6	auf Feedback reagieren 



https://www.youtube.com/embed/6d5W_ltHGQ8

Quellenangaben

European Resuscitation Council Guidelines 2025 Paediatric Life Support
Corpuls 3 Gebrauchsanweisung
Bilder: ÖRKV

Version

Kürzel	Datum	Info
RK NÖ	06/2024	Ursprungsversion
raphaela.duenser	07/2026	Übernahme Ursprungsversion

Keine Gewährleistung für ausgedruckte Versionen - aktuell ist nur die Online-Version.

Revision #7
Created 2026-05-30 13:25:14 UTC by Raphaela Dünser
Updated 2026-08-04 10:19:25 UTC by Raphaela Dünser